ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592159
Fax: 210 - 4592597

Αριθμ. Πρωτ.: 1639

Πειραιάς: 25-01-2018

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	**Ανοικτή**
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	**Η χαμηλότερη τιμή**
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**30 - 01 -2018**
ΩΡΑ:	**12:00 μ.μ.,**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	**Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ**

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147/08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄107/9-5-2013) . Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α της παρούσας**.

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας dai@tzaneio.gr**

4. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ,ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
210/15-01-2018	**ΩΤΡ-Ρ46906Κ-ΡΥΣ**	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ (ΝΤΟΡΜΕΖΕΣ). **ΠΡΟΔΙΑ-ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ**	5ΤΕΜ.	ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
09/02-01-2018	**ΩΛ6Φ46906Κ-Π3Ι**	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ LATEX DRANAZ ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 6 Χ 9mm.(Ο σωλήνας πρέπει να έχει αντοχή στον κλιβανισμό 134° C). **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ.**	200ΜΕΤΡΑ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΣΑΡΑΤΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592719
		ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ LATEX DRANAZ ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 8 Χ 12mm. (Ο σωλήνας πρέπει να έχει αντοχή στον κλιβανισμό 134° C). **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ.**	400ΜΕΤΡΑ		
13/02-01-2018	**ΩΘΝΨ46906Κ-767**	ΑΠΟΚΟΛΗΤΗΡΑΣ MOLT	3ΤΕΜ.	ΤΑΚΤ.ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592170
35/02-01-2018	**60ΘΦ46906Κ-Β-ΘΩ**	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΚΙΤΗΡΩΝ. (35 ΑΓΚΙΤΗΡΕΣ)	300ΤΕΜ.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908

36/02-01-2018	**6Ν6Ε46906Κ-6Α1**	ΠΕΔΙΟ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, Μ/Χ, ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 Χ 300cm ΠΕΡΙΠΟΥ. ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 20 Χ 30 cm ΠΕΡΙΠΟΥ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.	10ΤΕΜ.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908
218/15-01-2018	**6Π7Η46906Κ-2ΛΑ**	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥ. (**ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ «** GLUCO DR AUTO A **»).**	50ΤΕΜ.	ΔΙΑΧ. ΑΝΤΙΔ/ΡΙΩΝ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592463
02/02-01-2018	**ΨΙ-1Δ46906Κ-ΜΕΨ**	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 3/4 ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ. **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ.**	1000ΤΕΜ.	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΣΑΡΑΤΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592719
03/02-01-2018	**69ΖΓ46906Κ-8ΥΞ**	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 300 Χ 550 Χ 650.	5000ΤΕΜ.	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΣΑΡΑΤΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592719
246/23-01-2018	**7ΥΖ-Δ46906Κ-ΩΝΞ**	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΟΚΑΡ 10 mm, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200-250ml.	100ΤΕΜ.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908
04/02-01-2018	**ΨΝ9446906Κ-5ΓΠ**	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΥΘΕΑ , Μ/Χ.	300ΤΕΜ.	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΦΙΝΟΥ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592900

27/02-01-2018	**7ΘΧΩ-46906Κ-ΤΜΚ**	ΣΥΣΚΕΥΗ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .	5ΤΕΜ.	ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ**	**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**	**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ**	**ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ**	**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**	**GMDN**	**ΕΚΑΠΤΥ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 210/15-01-2018

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό και το στρώμα τοποθέτησης του εξεταζόμενου.

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χρωμιομένη σωλήνα.

Το στρώμα να είναι χωρισμένο στο τμήμα του σώματος και της κεφαλής

(ερεισίνωτο σχήματος μπομπέ).

Το ερεισίνωτο να συνδέεται με την υπόλοιπη κλίνη , μέσω άρθρωσης και η ρύθμιση της κλίσης του να γίνεται μέσω σκαλιέρας.

Το στρώμα να αποτελείται από αφρώδες υλικό πάχους 4 εκ. και πυκνότητας 30%.

Ολόκληρο το εμφανές μέρος να είναι επενδεδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας,

πλενόμενη με αντισηπτικά υγρά.

Το κάτω μέρος να είναι καλυμμένο με ύφασμα ή πυκνό non wooven.

Οι διαστάσεις του στρώματος να είναι 185 Χ 65 εκ. περίπου.

Σώμα 130 Χ 65 εκ. , ερεισίνωτο 55 Χ 65 εκ. περίπου.

Να διαθέτει θήκη τοποθέτησης ρολού χαρτοσέντονου.

Να διαθέτει θήκη τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου.

Να διαθέτει θήκη τοποθέτησης ορού.