ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592576
Fax: 210 - 4592597
Ηλεκτρονική διεύθυνση: xristina.kotsari@tzaneio.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 17436

Πειραιάς: 09-12-2018

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλ. προσφορών υγειονομικών υλικών (ΕΠΕΙΓΟΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	**Ανοικτή**
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	**Η χαμηλότερη τιμή**
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**10-12-2018**
ΩΡΑ:	**12:00 π.μ.,**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	**Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Γ**

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147/08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5 Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ $107^{Α}$ /09-05-2013) Παράγραφος Ζ-Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών του πίνακα Α** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α της παρούσας**.

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας xristina.kotsari@tzaneio.gr**

4. Η παράδοση των ανωτέρω θα γίνει με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

5. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ**

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ' εξαίρεση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

2842/19-11-2018	ΨΕΜ746906Κ-3ΝΕ	ΜΙΚΡΟΣΥΡΜΑ 0,016΄΄, ΜΗΚΟΣ 165cm, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 2Fr, ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ 5cm, ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΩΣΗ (DOUBLE ANGLED). ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ TORQUER ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑΣΤΗ. **ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.**	14	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	Τμήμα: Ακτινολογικό Πληροφορίες: ΚαΠαρλάκογλου Τηλ.2104592263
2979/27-11-2018	ΨΣΓΑ-46906Κ-ΡΩΡ	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΙ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΜΗ 2,8mm, ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 13mm ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ-ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	220	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Τμήμα: Χειρουργείο Πληροφορίες: ΚαΛατανιώτη Τηλ.2104592908
2960/27-11-2018	Ψ9ΓΗ46906Κ-3ΨΡ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ 2 ΑΣΚΟΥΣ	200	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	Τμήμα: Αιμοδοσία Πληροφορίες: ΚαΠροδρομίδου Τηλ.2104592751
3017/04-12-2018	ΩΦ8Β46906Κ-ΞΙΣ	ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΥΡΑΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,7mg/ml	250	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Τμήμα: Χειρουργείο Πληροφορίες: ΚαΛατανιώτη Τηλ.2104592908

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΚΑΠΤΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εντ.2960/27-11-2018 ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΣΚΟΥΣ)

ΥΓ001022	**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΔΎΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ** **1. Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση και πλύση μίας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων ή ολικού αίματος και να περιλαμβάνει:** **Ρύγχος σύνδεσης, ικανού μήκους, για τον ασκό του αίματος, ρύγχος σύνδεσης για τον ορό, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων ξεχωριστό από το κυρίως φίλτρο, ένα φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, δύο ενσωματωμένους ασκούς 600ml από PVC – ένα για τη συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και ένα για τα απόβλητα.** 1. **Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης λευκών και απόδοσης τελικού προϊόντος ανά μονάδα παραγώγου ή ολικού αίματος. Μετά τη λευκαφαίρεση ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι μικρότερος από 1 χ 10^6 ανά μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης.** 2. **Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι >95% και απαραίτητα η ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών μετά το φιλτράρισμα να είναι μεγαλύτερη από 40gr, σύμφωνα με τις διεθνείες προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης.** **3. Ο ασκός συλλογής των λευκαφαιρεμένων ερυθρών να είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας απόλυτα διαυγής και άχρωμος, να είναι παντού κοίλος χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και απρόσκοπτη μεταφορά του αί ματος και των παραγώγων του καθώς και την αποφυγή θρόμβων.** 4. **Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι από πολυεστέρα και καλυμένη από μη ιοντική επίστρωση, τα δε υλικά κατασκευής να είναι απόλυτα βιοσυμβατά σύμφωνα με το ISO 10993** **5. Να είναι αποστειρωμένα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση.** **6. Να μην απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό**

	ορό. **7. Να διαθέτουν σύστημα εξαγωγής αέρα σε κλειστό σύστημα** 8. **Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark) και η εταιρία κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO:9001:2000 και EN ISO 13485:2003** **9. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.** 10. **Η προσφορά να συνοδεύεται από ανεξάρτητες μελέτες, δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά που να τεκμηριώνουν ότι ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκών είναι κάτω του 1 χ 10^6** **11. Να έχουν μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας, και ενδείξεις και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου.**