ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **Αριθμ. Πρωτ.:2949**

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ **Πειραιάς: 26 - 02 -2019**

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax: 210 - 4592597

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	**Ανοικτή**
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	**Η χαμηλότερη τιμή**
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**01 / 03 / 19**
ΩΡΑ:	**12:00 μ.μ.,**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	**Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ**

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές).**

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας dai@tzaneio.gr.** ***Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).***

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: **www.tzaneio.gr**).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΕ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
428/25-01-2019	**6Ρ3Ψ46906Κ-28Π**	ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAEGER OXYLOG VE300. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.	10ΤΕΜ.	ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592453
456/25-01-2019	**673Ζ46906Κ-42Ε**	ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΑ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035΄΄ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ > 180cm.	50ΤΕΜ.	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592476
427/25-01-2019	**6ΟΙ-Ν46906Κ-ΨΚΨ**	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΓΙΑ ΗΚΓΡΑΦΟΥΣ : SCARDIO & COMEN SN300.	300ΤΕΜ.	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΜΟΡΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592465
		ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ MARQUETTE 210mm.	30ΤΕΜ.		
620/18-02-2019	**ΨΣΩ-746906Κ-Ν3Μ**	ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ (ΤΥΠΟΥ JXBRCA) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FULL-WALL ΓΙΑ KISSING BALLON ΣΤΑ 6Fr.	20ΤΕΜ.	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592476
621/18-02-2019	**ΨΣΩ-746906Κ-Ν3Μ**	BALLONS SEMI-COMPLAINT, ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΗΜΙ-ΔΙΑΤΑΤΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (4,5 -7,00) ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.	20ΤΕΜ.	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592476
513/30-01-2019	**6ΛΛΟ46906Κ-8ΓΞ**	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60ml ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΜΠΕΚ.	5.000ΤΕΜ.	ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592587

422/25-01-2019	**7Μ5Ψ46906Κ-Ν-Δ6**	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 21G,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ.	1.000ΤΕΜ.	ΤΑΚΤ.ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΤΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592169
514/30-01-2019	**6ΛΛΟ46906Κ-8ΓΞ**	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	25ΤΕΜ.	ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592587
512/30-01-2019	**ΩΡ-Ρ946906Κ-ΣΤΜ**	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 25cc, Μ/Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ.	20.000ΤΕΜ.	ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592587

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ**	**ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**	**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ**	**ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ**	**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**	**GMDN**	**ΕΚΑΠΤΥ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 428 / 25-01-2019

ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ, Μ/Χ ,ΓΙΑ DRAEGER OXYLOG VE 300

Πλήρες σετ αποτελούμενο από :

1. σωλήνα αναπνοής μήκους >1,5m
2. βαλβίδα εκπνοής
3. γραμμές μέτρησης ροής
4. αισθητήρα ροής
5. γωνιώδες συνδετικό διπλής περιστροφής (double swivel)

Επιπλέον να είναι:

- χαμηλής αντίστασης < 2mbar εισπνοή 8.7mbar εκπνοή
- χαμηλής ενδοτικότητας < 15ml/mbar
- χαμηλής διαρροής< 50ml/min στα 60mbar

i. s